



Données Patient	CAMARA BOUNTOURABY
Date de naissance	10/07/2000
Age	24
Société	CHEC
ID	24092616154733501

Date du test: 26/09/2024 16:34:34
 Durée: 4mn 13s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	20	25	25		-10		20		25
CA Droit		10	-10	25	20		-10		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes