

Données Patient

KEITA SALIFOU

Date de naissance

01/07/1984

Age

40

Société

CHEC

ID

24092519190265583

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 25/09/2024 19:20:38


Durée: 4mn 33s

Type test

Auto
Normal
Continu
Scén. Standard



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	20	5	5		-5		25		25
CA Droit		10	20	20	15		5		15		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes