


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 10:59:12  
Durée: 6mn 33s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>BANGOURA ZENAB</b> |                   |
| Date de naissance     | 01/01/2000        |
| Age                   | 24                |
| Société               | CHEC              |
| ID                    | 24091410570969936 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 5   | 10  | 20 |     | 20 |    | 5  |    | 15 |
| CA Droit  |     | -5  | -10 | 0   | 5  |     | 10 |    | 20 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 12,5 dB | --- |
| CA Droit        | 6,3 dB  | --- |

Notes