





Données Patient		SOUMAH IBRAHIMA SORRY
Date de naissance	01/01/1997	
Age	27	
Société	CHEC	
ID	24091112220084522	

Date du test: 11/09/2024 12:36:24
Durée: 5mn 00s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	30		10		20		5
CA Droit		40	35	25	15		5		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes