


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 12:21:26
Durée: 4mn 28s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SEKOU	
Date de naissance	26/12/1980
Age	43
Société	CHEC
ID	24081412195734340

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	25		25		40		15
CA Droit		25	25	20	15		15		45		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes