


MEDVIE


Date du test: 28/07/2025 09:38:53

Durée: 5mn 01s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	5		10		25		50
CA Droit		35	40	15	10		10		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient

AMORIM DE FREITAS
JOSE MANUEI

Date de naissance

08/10/1966

Age

58

Société

MOTAE

ID

25072809315520833

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021