


MEDVIE


Date du test: 06/08/2024 13:46:23
Durée: 3mn 55s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SEKOU	
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	SIEC
ID	24080613443669441

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	15		20		30		30
CA Droit		30	30	25	15		10		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes