



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ASSIETTOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/04/1983	<b>Profession</b> MEDECIN DE TRAVAIL
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> MED VIE
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 14	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 29,2 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,4 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,74 L	81,39 %
VEMS	1,86 L	2,37 L	78,48 %
DEP	7,37 L/s	6,50 L/s	113,38 %
VEMS/ CVF	83,41 %	81,42 %	102,44 %
Durée d'expiration	4,90 s	-	
DEMM	1,73 L/s	3,57 L/s	48,46 %
DEMM/ CVF	0,78 s-1	1,13 s-1	69,03 %
DE75	5,63 L/s	5,74 L/s	98,08 %
DE50	5,83 L/s	4,08 L/s	142,89 %
DE25	0,94 L/s	1,79 L/s	52,51 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: