

<b>Nom SYLLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MAMDOUBA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1988</b>	<b>Profession CHAUFFEUR</b>
<b>Age 36 Ans</b>	<b>Entreprise MEDVIE</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 15</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 177 cm</b>	<b>Groupe ethnique Caucasien</b>
<b>Poids 74 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,7 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 56 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,10 L	4,91 L	83,50 %
VEMS	3,49 L	4,08 L	85,54 %
DEP	6,88 L/s	9,48 L/s	72,57 %
VEMS/CVF	85,12 %	80,77 %	105,39 %
Durée d'expiration	7,32 s	-	
DEMM	5,07 L/s	4,59 L/s	110,46 %
DEMM/CVF	1,24 s-1	0,93 s-1	133,33 %
DE75	6,28 L/s	8,15 L/s	77,06 %
DE50	5,49 L/s	5,25 L/s	104,57 %
DE25	2,67 L/s	2,34 L/s	114,10 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: