

<b>Nom SOMPARE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom YOUSOUF</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 24/10/1985</b>	<b>Profession SUPERVISEUR HME</b>
<b>Age 38 Ans</b>	<b>Entreprise RIO TINTO</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 33</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 179 cm</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids 85 kg</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	
<b>Opérateur admin admin</b>	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 26,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Humidité : 45 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,77 L	4,97 L	75,86 %
VEMS	3,62 L	4,10 L	88,29 %
DEP	8,01 L/s	9,52 L/s	84,14 %
VEMS/ CVF	96,02 %	80,41 %	119,41 %
Durée d'expiration	1,42 s	-	
DEMM	5,38 L/s	4,54 L/s	118,50 %
DEMM/ CVF	1,43 s-1	0,91 s-1	157,14 %
DE75	7,96 L/s	8,20 L/s	97,07 %
DE50	5,83 L/s	5,26 L/s	110,84 %
DE25	3,29 L/s	2,34 L/s	140,60 %