



Nom BAH	Adresse
Prénom AMADOU BHOYE	Exposition
Né le 23/11/1987	Profession SUPERVISEUR MAINTENANCE
Age 36 Ans	Entreprise RIO TINTO
Genre Masculin	Service
ID 10	Fumeur Non fumeur
Taille 170 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 58 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 28,7 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,5 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 34 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,72 L	2,74 L	3,19 L	3,92 L	81,38 %
VEMS	2,72 L	2,74 L	3,18 L	3,29 L	96,66 %
DEP	10,03 L/s	9,02 L/s	6,54 L/s	9,05 L/s	72,27 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	99,69 %	80,77 %	123,42 %
Durée d'expiration	0,85 s	1,00 s	1,16 s	-	
DEMM	6,39 L/s	5,92 L/s	5,14 L/s	4,46 L/s	115,25 %
DEMM/ CVF	2,35 s-1	2,16 s-1	1,61 s-1	0,99 s-1	162,63 %
DE75	9,60 L/s	8,92 L/s	6,16 L/s	7,77 L/s	79,28 %
DE50	6,67 L/s	6,04 L/s	5,49 L/s	4,98 L/s	110,24 %
DE25	3,82 L/s	3,55 L/s	3,48 L/s	2,16 L/s	161,11 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: