

|  |   |
|--|---|
| <b>Nom</b> ZHU                         | <b>Adresse</b>                              |
| <b>Prénom</b> HEGUO                    | <b>Exposition</b>                           |
| <b>Né le</b> 25/12/1981                | <b>Profession</b>                           |
| <b>Age</b> 43 Ans                      | <b>Entreprise</b>                           |
| <b>Genre</b> Masculin                  | <b>Service</b>                              |
| <b>ID</b> 27                           | <b>Fumeur</b> Fumeur                        |
| <b>Taille</b> 173 cm                   | <b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong |
| <b>Poids</b> 66 kg                     | <b>Prescripteur:</b>                        |
| <b>Valeurs prédites</b> NHANES III     | <b>Smoking Pack Years</b> : 0               |
| <b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO |   |



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,1 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 59 %



| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 4,87 L     | 4,78 L               | 4,92 L   | 97,15 %   |
| VEMS               | 3,12 L     | 4,24 L               | 3,89 L   | 109,00 %  |
| DEP                | 4,09 L/s   | 7,52 L/s             | 9,67 L/s | 77,77 %   |
| VEMS/ CVF          | 64,07 %    | 88,70 %              | 79,18 %  | 112,02 %  |
| Durée d'expiration | 3,93 s     | 2,44 s               | -        |           |
| DEMM               | 2,79 L/s   | 5,26 L/s             | 3,65 L/s | 144,11 %  |
| DEMM/ CVF          | 0,57 s-1   | 1,10 s-1             | 0,74 s-1 | 148,65 %  |
| DE75               | 3,27 L/s   | 6,87 L/s             | -        |           |
| DE50               | 2,91 L/s   | 5,10 L/s             | -        |           |
| DE25               | 1,91 L/s   | 3,04 L/s             | -        |           |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: