

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SUZANNE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/04/1998	<b>Profession</b> ASSISTANTE INGENIEUR
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> SINOSTEEL
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 218	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 158 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 99 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 253565  
Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Température ambiante : 26,2 °C  
Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,22 L	2,56 L	2,55 L	3,04 L	84,21 %
VEMS	2,01 L	2,39 L	2,36 L	2,63 L	90,87 %
DEP	4,21 L/s	6,65 L/s	6,90 L/s	6,61 L/s	100,61 %
VEMS/CVF	90,54 %	93,36 %	92,55 %	86,15 %	108,37 %
Durée d'expiration	2,94 s	2,32 s	2,26 s	-	
DEMM	2,99 L/s	3,97 L/s	4,01 L/s	3,20 L/s	124,06 %
DEMM/CVF	1,35 s-1	1,55 s-1	1,57 s-1	1,05 s-1	147,62 %
DE75	3,64 L/s	6,07 L/s	6,82 L/s	-	
DE50	4,01 L/s	4,59 L/s	4,83 L/s	-	
DE25	1,31 L/s	1,88 L/s	1,76 L/s	-	