

**Nom** KEBE  
**Prénom** OUSMANE  
**Né le** 10/02/1987  
**Age** 38 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 122  
**Taille** 180 cm  
**Poids** 90 kg  
**Valeurs prédites** Ecce/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** SUPERVISEUR HSE  
**Entreprise** AFRICA TRANSPORT  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 253562

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Température ambiante : 26,5 °C

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Humidité : 52 %



| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,31 L                  | 4,38 L   | 75,57 %   |
| VEMS               | 2,90 L                  | 3,61 L   | 80,33 %   |
| DÉP                | 6,08 L/s                | 9,58 L/s | 63,47 %   |
| VEMS/CVF           | 87,61 %                 | 80,41 %  | 108,95 %  |
| Durée d'expiration | 1,96 s                  | -        |           |
| DEMM               | 3,29 L/s                | 4,56 L/s | 72,15 %   |
| DEMM/CVF           | 0,99 s-1                | 0,91 s-1 | 108,79 %  |
| DE75               | 5,98 L/s                | 8,25 L/s | 72,48 %   |
| DE50               | 3,33 L/s                | 5,30 L/s | 62,83 %   |
| DE25               | 1,55 L/s                | 2,37 L/s | 65,40 %   |