

**Nom** CAMARA  
**Prénom** NABILAYE  
**Né le** 26/03/1990  
**Age** 35 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 77  
**Taille** 178 cm  
**Poids** 59 kg  
**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MACON  
**Entreprise** CREPC23  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Groupe ethnique** Caucasien  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 3



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 31,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 50 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,50 L	2,75 L	4,99 L	55,11 %
VEMS	2,11 L	2,75 L	4,15 L	66,27 %
DÉP	2,38 L/s	5,89 L/s	9,59 L/s	61,42 %
VEMS/CVF	84,40 %	100,00 %	80,94 %	123,55 %
Durée d'expiration	1,60 s	0,91 s	-	
DEMM	2,03 L/s	4,56 L/s	4,65 L/s	98,06 %
DEMM/CVF	0,81 s-1	1,66 s-1	0,93 s-1	178,49 %
DE75	1,97 L/s	5,66 L/s	8,23 L/s	68,77 %
DE50	2,21 L/s	4,57 L/s	5,32 L/s	85,90 %
DE25	1,54 L/s	2,95 L/s	2,39 L/s	123,43 %