

<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAMINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1990	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CREPC23
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 55	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,06 L	2,66 L	2,59 L	4,44 L	68,92 %
VEMS	3,06 L	2,66 L	2,59 L	3,75 L	81,60 %
DEP	6,30 L/s	6,20 L/s	7,87 L/s	9,02 L/s	69,84 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	0,99 s	0,76 s	0,77 s	-	
DEMM	5,55 L/s	5,49 L/s	6,18 L/s	4,50 L/s	123,33 %
DEMM/CVF	1,81 s <sup>-1</sup>	2,06 s <sup>-1</sup>	2,39 s <sup>-1</sup>	1,01 s <sup>-1</sup>	179,21 %
DE75	5,96 L/s	5,83 L/s	7,73 L/s	7,72 L/s	77,20 %
DE50	5,64 L/s	5,56 L/s	6,19 L/s	4,97 L/s	113,48 %
DE25	4,15 L/s	4,32 L/s	4,35 L/s	2,16 L/s	192,13 %