

<b>Nom</b> COUYSTAL	<b>Adresse</b> COLEA
<b>Prénom</b> BAPTISTE CHRISTIAN HENRI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 26/05/2001	<b>Profession</b> CONTROLEIU OPERATIONNEL
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> GSL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 2	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 183 cm	<b>Groupe ethnique</b> Autre
<b>Poids</b> 84 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 44 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	5,37 L	5,54 L	96,93 %
VEMS	3,52 L	4,65 L	75,70 %
DÉP	4,08 L/s	10,33 L/s	39,50 %
VEMS/CVF	65,55 %	82,74 %	79,22 %
Durée d'expiration	2,22 s	-	
DEMM	3,21 L/s	5,18 L/s	61,97 %
DEMM/CVF	0,60 s <sup>-1</sup>	0,94 s <sup>-1</sup>	63,83 %
DE75	3,44 L/s	8,79 L/s	39,14 %
DE50	2,86 L/s	5,82 L/s	49,14 %
DE25	2,39 L/s	2,78 L/s	85,97 %