

**Nom TOURE**  
**Prénom ABOBACAR SAYON**  
**Né le** 25/12/1990  
**Age** 34 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 4  
**Taille** 181 cm  
**Poids** 80 kg  
**Valeurs prédictes** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession**  
**Entreprise**  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,8 °C

Numéro de série : 253566

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 45 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,92 L	3,60 L	4,52 L	86,73 %
VEMS	3,87 L	3,60 L	3,75 L	103,20 %
DEP	6,29 L/s	7,92 L/s	9,82 L/s	64,05 %
VEMS/CVF	98,72 %	100,00 %	81,12 %	121,70 %
Durée d'expiration	1,36 s	1,02 s	-	
DEMM	4,72 L/s	6,46 L/s	4,76 L/s	99,16 %
DEMM/CVF	1,20 s <sup>-1</sup>	1,79 s <sup>-1</sup>	0,92 s <sup>-1</sup>	130,43 %
DE75	6,03 L/s	7,74 L/s	8,42 L/s	71,62 %
DE50	5,03 L/s	6,64 L/s	5,46 L/s	92,12 %
DE25	3,34 L/s	4,52 L/s	2,50 L/s	133,60 %