



<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom ABOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1996</b>	<b>Profession</b>
<b>Age 28 Ans</b>	<b>Entreprise COVEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service MANOEUVRE</b>
<b>ID 679</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 179 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 53 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,06 L	2,88 L	4,67 L	65,52 %
VEMS	3,06 L	2,88 L	3,92 L	78,06 %
DEP	8,59 L/s	7,44 L/s	9,84 L/s	87,30 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,93 s	0,96 s	-	
DEMM	5,77 L/s	6,00 L/s	4,31 L/s	133,87 %
DEMM/CVF	1,89 s-1	2,08 s-1	0,92 s-1	205,43 %
DE75	8,05 L/s	7,04 L/s	-	
DE50	5,84 L/s	6,07 L/s	-	
DE25	3,82 L/s	4,25 L/s	-	