

Nom KALLO
Prénom SIDIKIBA
Né le 23/04/1991
Age 33 Ans
Genre Masculin
ID 458
Taille 184 cm
Poids 72 kg
Valeurs prédites Eccs/Zapletal
Opérateur admin admin

Adresse
Exposition
Profession ELECTRICIEN
Entreprise COVEC
Service
Fumeur Non fumeur
Groupe ethnique Origine africaine
Prescripteur:
Smoking Pack Years : 0



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232707

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,1 °C

Pression atmosphérique : 101 kPa

Humidité : 51 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,53 L	0,17 L	3,21 L	1,57 L	3,52 L	4,69 L	75,05 %
VEMS	1,42 L	0,17 L	1,77 L	1,25 L	1,82 L	3,88 L	46,91 %
DÉP	1,72 L/s	0,83 L/s	2,12 L/s	1,86 L/s	1,87 L/s	10,04 L/s	18,63 %
VEMS/CVF	56,13 %	100,00 %	55,14 %	79,62 %	51,70 %	81,30 %	63,59 %
Durée d'expiration	3,31 s	1,10 s	3,24 s	2,46 s	3,64 s	-	
DEMM	1,18 L/s	0,70 L/s	1,30 L/s	1,12 L/s	1,43 L/s	4,86 L/s	29,42 %
DEMM/CVF	0,47 s-1	4,12 s-1	0,40 s-1	0,71 s-1	0,41 s-1	0,90 s-1	45,56 %
DE75	1,57 L/s	0,59 L/s	1,95 L/s	1,68 L/s	1,29 L/s	8,62 L/s	14,97 %
DE50	1,02 L/s	0,75 L/s	1,18 L/s	1,05 L/s	1,77 L/s	5,61 L/s	31,55 %
DE25	0,84 L/s	0,46 L/s	0,85 L/s	0,90 L/s	1,15 L/s	2,60 L/s	44,23 %