



<b>Nom KOMA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom OOU OOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 02/09/1995</b>	<b>Profession OPERATEUR EXCAVATEUR</b>
<b>Age 28 Ans</b>	<b>Entreprise COVEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 526</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 180 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 69 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 66 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	2,06 L	2,89 L	4,73 L	64,06 %
VEMS	3,03 L	2,06 L	2,89 L	3,97 L	76,32 %
DEP	10,36 L/s	8,35 L/s	11,83 L/s	9,94 L/s	104,23 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,85 s	0,64 s	0,56 s	-	
DEMM	7,85 L/s	4,14 L/s	7,22 L/s	4,35 L/s	180,46 %
DEMM/ CVF	2,59 s-1	2,01 s-1	2,50 s-1	0,92 s-1	281,52 %
DE75	10,17 L/s	7,96 L/s	9,69 L/s	-	
DE50	8,15 L/s	3,32 L/s	7,81 L/s	-	
DE25	4,98 L/s	2,44 L/s	4,33 L/s	-	