



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/05/1984	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 93	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 37 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,10 L	2,89 L	4,05 L	76,54 %
VEMS	2,87 L	2,85 L	3,36 L	85,42 %
DEP	5,67 L/s	6,21 L/s	9,17 L/s	61,83 %
VEMS/ CVF	92,58 %	98,62 %	80,23 %	115,39 %
Durée d'expiration	1,59 s	1,22 s	-	
DEMM	4,03 L/s	4,43 L/s	4,40 L/s	91,59 %
DEMM/ CVF	1,30 s-1	1,53 s-1	0,94 s-1	138,30 %
DE75	5,46 L/s	6,17 L/s	7,90 L/s	69,11 %
DE50	5,01 L/s	5,45 L/s	5,04 L/s	99,40 %
DE25	1,75 L/s	2,10 L/s	2,18 L/s	80,28 %