

<b>Nom</b> BERETE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> OPERATEUR /GRADER
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 195	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 91 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,35 L	3,72 L	3,60 L	4,86 L	76,54 %
VEMS	3,26 L	3,50 L	3,38 L	4,11 L	85,16 %
DEP	5,24 L/s	8,60 L/s	7,95 L/s	9,54 L/s	90,15 %
VEMS/ CVF	97,31 %	94,09 %	93,89 %	82,02 %	114,72 %
Durée d'expiration	1,31 s	1,49 s	1,52 s	-	
DEMM	4,16 L/s	4,25 L/s	4,29 L/s	4,82 L/s	88,17 %
DEMM/ CVF	1,24 s-1	1,14 s-1	1,19 s-1	0,99 s-1	115,15 %
DE75	5,01 L/s	6,81 L/s	6,19 L/s	8,13 L/s	83,76 %
DE50	4,22 L/s	4,20 L/s	4,45 L/s	5,31 L/s	79,10 %
DE25	2,83 L/s	2,67 L/s	2,54 L/s	2,42 L/s	110,33 %