



<b>Nom</b> KALIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> WIDOH	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 462	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 105 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 60 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,52 L	2,35 L	2,47 L	3,65 L	69,04 %
VEMS	2,45 L	2,24 L	2,47 L	3,14 L	78,03 %
DEP	5,60 L/s	4,12 L/s	6,28 L/s	8,20 L/s	68,29 %
VEMS/CVF	97,22 %	95,32 %	100,00 %	84,67 %	114,82 %
Durée d'expiration	1,77 s	1,50 s	1,16 s	-	
DEMM	3,50 L/s	3,08 L/s	3,64 L/s	3,77 L/s	92,84 %
DEMM/CVF	1,39 s-1	1,31 s-1	1,47 s-1	1,03 s-1	134,95 %
DE75	5,23 L/s	3,86 L/s	5,96 L/s	-	
DE50	4,00 L/s	3,59 L/s	3,92 L/s	-	
DE25	1,78 L/s	1,55 L/s	2,50 L/s	-	