

| | |
|--|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom NFALY | Exposition |
| Né le 05/05/1999 | Profession |
| Age 25 Ans | Entreprise COVEC |
| Genre Masculin | Service CHAUFFER |
| ID 737 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 163 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 64 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 65 %



| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,08 L | 3,81 L | 80,84 % |
| VEMS | 3,08 L | 3,27 L | 94,19 % |
| DEP | 10,12 L/s | 8,47 L/s | 119,48 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 84,67 % | 118,11 % |
| Durée d'expiration | 0,93 s | - | |
| DEMM | 5,26 L/s | 3,87 L/s | 135,92 % |
| DEMM/CVF | 1,71 s-1 | 1,02 s-1 | 167,65 % |
| DE75 | 7,74 L/s | - | |
| DE50 | 7,62 L/s | - | |
| DE25 | 3,39 L/s | - | |