



<b>Nom</b> TOUPOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JEAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/08/1999	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 209	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 44 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	3,05 L	3,57 L	4,73 L	75,48 %
VEMS	3,02 L	3,05 L	3,57 L	4,05 L	88,15 %
DEP	7,99 L/s	6,80 L/s	8,69 L/s	9,47 L/s	91,76 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,82 s	0,83 s	1,10 s	-	
DEMM	6,36 L/s	5,95 L/s	5,72 L/s	4,91 L/s	116,50 %
DEMM/ CVF	2,11 s-1	1,95 s-1	1,60 s-1	1,04 s-1	153,85 %
DE75	7,28 L/s	6,80 L/s	8,01 L/s	8,03 L/s	99,75 %
DE50	7,03 L/s	6,29 L/s	5,59 L/s	5,28 L/s	105,87 %
DE25	3,87 L/s	3,94 L/s	2,96 L/s	2,42 L/s	122,31 %