



<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KARAMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> Maçon
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 188	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 92,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 35 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,34 L	3,56 L	3,57 L	99,72 %
VEMS	0,34 L	3,31 L	3,04 L	108,88 %
DEP	5,93 L/s	5,99 L/s	8,65 L/s	69,25 %
VEMS/ CVF	100,00 %	92,98 %	81,12 %	114,62 %
Durée d'expiration	0,11 s	1,69 s	-	
DEMM	4,62 L/s	3,85 L/s	4,39 L/s	87,70 %
DEMM/ CVF	13,59 s-1	1,08 s-1	1,07 s-1	100,93 %
DE75	3,10 L/s	5,49 L/s	7,39 L/s	74,29 %
DE50	4,69 L/s	4,30 L/s	4,74 L/s	90,72 %
DE25	5,73 L/s	2,16 L/s	2,00 L/s	108,00 %