

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/04/1993	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 270	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,60 L	4,90 L	73,47 %
VEMS	3,49 L	4,09 L	85,33 %
DÉP	7,50 L/s	9,19 L/s	81,61 %
VEMS/CVF	96,94 %	83,44 %	116,18 %
Durée d'expiration	1,45 s	-	
DEMM	4,94 L/s	4,37 L/s	113,04 %
DEMM/CVF	1,37 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	153,93 %
DE75	6,84 L/s	7,09 L/s	96,47 %
DE50	5,32 L/s	5,16 L/s	103,10 %
DE25	2,70 L/s	2,17 L/s	124,42 %