



<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 66	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 28 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,49 L	3,48 L	4,24 L	82,08 %
VEMS	1,38 L	3,48 L	3,55 L	98,03 %
DEP	1,65 L/s	7,83 L/s	9,49 L/s	82,51 %
VEMS/ CVF	55,42 %	100,00 %	81,30 %	123,00 %
Durée d'expiration	4,39 s	1,39 s	-	
DEMM	0,92 L/s	7,38 L/s	4,68 L/s	157,69 %
DEMM/ CVF	0,37 s-1	2,12 s-1	0,96 s-1	220,83 %
DE75	1,60 L/s	6,27 L/s	8,13 L/s	77,12 %
DE50	1,09 L/s	7,47 L/s	5,26 L/s	142,02 %
DE25	0,42 L/s	5,79 L/s	2,36 L/s	245,34 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: