


|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nom YANG                       | Adresse                              |
| Prénom HUI                     | Exposition                           |
| Né le 08/01/1968               | Profession INGENIEUR                 |
| Age 57 Ans                     | Entreprise COVEC                     |
| Genre Masculin                 | Service                              |
| ID 2348                        | Fumeur Non fumeur                    |
| Taille 166 cm                  | Groupe ethnique Chinois de Hong Kong |
| Poids 75 kg                    | Prescripteur:                        |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0               |
| Opérateur admin admin          |                                      |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                     | Température ambiante : 28,1 °C     |
| Numéro de série : 232697                                     | Pression atmosphérique : 100,3 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 | Humidité : 47 %                    |



| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,08 L                  | 3,73 L   | 55,76 %   |
| VEMS               | 2,07 L                  | 2,99 L   | 69,23 %   |
| DEP                | 8,17 L/s                | 7,91 L/s | 103,29 %  |
| VEMS/CVF           | 99,52 %                 | 77,01 %  | 129,23 %  |
| Durée d'expiration | 1,06 s                  | -        |           |
| DEMM               | 3,16 L/s                | 3,48 L/s | 90,80 %   |
| DEMM/CVF           | 1,52 s-1                | 0,93 s-1 | 163,44 %  |
| DE75               | 5,95 L/s                | 6,94 L/s | 85,73 %   |
| DE50               | 3,82 L/s                | 4,18 L/s | 91,39 %   |
| DE25               | 1,46 L/s                | 1,51 L/s | 96,69 %   |