



<b>Nom</b> KONE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AYOUBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1980	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 15	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 41 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,05 L	3,09 L	4,14 L	74,64 %
VEMS	2,77 L	2,77 L	3,38 L	81,95 %
DEP	4,31 L/s	3,82 L/s	9,20 L/s	41,52 %
VEMS/CVF	90,82 %	89,64 %	79,33 %	113,00 %
Durée d'expiration	2,98 s	3,34 s	-	
DEMM	3,67 L/s	3,45 L/s	4,27 L/s	80,80 %
DEMM/CVF	1,20 s-1	1,12 s-1	0,90 s-1	124,44 %
DE75	3,85 L/s	3,26 L/s	7,97 L/s	40,90 %
DE50	4,02 L/s	3,64 L/s	5,04 L/s	72,22 %
DE25	1,85 L/s	2,59 L/s	2,16 L/s	119,91 %