



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMARA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 710	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire mixte.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,05 L	2,79 L	4,12 L	67,72 %
VEMS	1,05 L	2,56 L	3,41 L	75,07 %
DEP	3,04 L/s	3,67 L/s	8,84 L/s	41,52 %
VEMS/ CVF	100,00 %	91,76 %	82,66 %	111,01 %
Durée d'expiration	1,00 s	1,70 s	-	
DEMM	0,94 L/s	2,46 L/s	3,72 L/s	66,13 %
DEMM/ CVF	0,90 s-1	0,88 s-1	0,90 s-1	97,78 %
DE75	1,56 L/s	3,21 L/s	-	
DE50	0,95 L/s	2,12 L/s	-	
DE25	0,97 L/s	2,44 L/s	-	