

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 196	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 45 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,82 L	3,87 L	0,01 L	4,92 L	78,66 %
VEMS	3,82 L	3,87 L	0,01 L	4,14 L	93,48 %
DEP	9,29 L/s	6,84 L/s	0,11 L/s	9,58 L/s	71,40 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	0,88 s	1,25 s	0,21 s	-	
DEMM	7,22 L/s	6,04 L/s	0,07 L/s	4,77 L/s	126,62 %
DEMM/CVF	1,89 s-1	1,56 s-1	7,00 s-1	0,97 s-1	160,82 %
DE75	8,57 L/s	6,27 L/s	0,08 L/s	8,18 L/s	76,65 %
DE50	7,45 L/s	6,78 L/s	0,10 L/s	5,33 L/s	127,20 %
DE25	4,98 L/s	3,62 L/s	0,10 L/s	2,42 L/s	149,59 %