

**Nom** DIAKITE  
**Prénom** MOHAMED  
**Né le** 03/06/1999  
**Age** 24 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 259  
**Taille** 178 cm  
**Poids** 74 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** CHAUFFEUR  
**Entreprise** COVEC  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**MEDVIE**  
 CENTRE MEDICAL BEYLA  
 611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 25,9 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 51 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,45 L	3,84 L	5,39 L	71,24 %
VEMS	2,84 L	2,79 L	3,19 L	4,64 L	68,75 %
DÉP	4,91 L/s	4,10 L/s	5,91 L/s	9,81 L/s	60,24 %
VEMS/CVF	85,80 %	80,87 %	83,07 %	84,18 %	98,68 %
Durée d'expiration	1,80 s	2,12 s	2,30 s	-	
DEMM	2,74 L/s	2,69 L/s	3,23 L/s	5,19 L/s	62,24 %
DEMM/CVF	0,83 s-1	0,78 s-1	0,84 s-1	0,96 s-1	87,50 %
DE75	4,35 L/s	3,63 L/s	5,23 L/s	8,94 L/s	58,50 %
DE50	3,17 L/s	2,96 L/s	3,72 L/s	6,04 L/s	61,59 %
DE25	2,18 L/s	1,46 L/s	1,65 L/s	2,69 L/s	61,34 %