



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> EXCAVATEUR
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 337	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	3,78 L	4,16 L	90,87 %
VEMS	3,42 L	3,78 L	3,51 L	107,69 %
DEP	8,95 L/s	7,95 L/s	9,44 L/s	84,22 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	81,84 %	122,19 %
Durée d'expiration	0,70 s	0,87 s	-	
DEMM	7,12 L/s	6,47 L/s	4,75 L/s	136,21 %
DEMM/ CVF	2,08 s-1	1,71 s-1	0,99 s-1	172,73 %
DE75	8,81 L/s	7,87 L/s	8,05 L/s	97,76 %
DE50	7,25 L/s	6,60 L/s	5,24 L/s	125,95 %
DE25	5,14 L/s	4,63 L/s	2,36 L/s	196,19 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: