Examen réalisé le 09/05/2024 à 11:58

Nom MILLIMONO Prénom SAA SEKOU

Né le 01/01/2001

Age 23 Ans **Genre** Masculin

ID 292

Taille 172 cm

Poids Valeurs prédites Eccs/Zapletal

Opérateur admin admin

Adresse

Exposition

Profession KAGBELEN Entreprise COVEC

Service

Fumeur Non fumeur

Groupe ethnique Origine africaine

Prescripteur:

Smoking Pack Years: 0




Fim medical 51 rue Primat

+33 (0)4 72 34 89 89 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 30,4 °C Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 133,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 61 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	2,65 L	2,67 L	2,73 L	2,59 L	4,27 L	63,93 %
VEMS	2,65 L	2,67 L	2,73 L	2,59 L	3,64 L	75,00 %
DEP	6,35 L/s	7,35 L/s	6,63 L/s	7,86 L/s	9,65 L/s	68,70 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,04 s	0,78 s	0,87 s	0,72 s	-	
DEMM	4,99 L/s	5,97 L/s	5,41 L/s	6,10 L/s	4,97 L/s	108,85 %
DEMM/CVF	1,88 s-1	2,24 s-1	1,98 s-1	2,36 s-1	1,01 s-1	196,04 %
DE75	6,19 L/s	7,22 L/s	6,43 L/s	7,38 L/s	8,19 L/s	78,51 %
DE50	5,21 L/s	6,43 L/s	5,74 L/s	5,98 L/s	5,40 L/s	106,30 %
DE25	3,45 L/s	4,25 L/s	3,44 L/s	4,29 L/s	2,49 L/s	138,15 %