

| | |
|---|---|
| Nom CAMARA Prénom ALSENY Né le 01/01/2000 Age 24 Ans Genre Masculin ID 450 Taille 165 cm Poids 61 kg Valeurs prédites NHANES III Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | Adresse Exposition Profession OPERATEUR EXCAVATEUR Entreprise COVEC Service Fumeur Non fumeur Groupe ethnique Origine africaine Prescripteur: Smoking Pack Years : 0 |
|---|---|



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 70 %



| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Courbe n°2 | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| CVF | 3,16 L | 3,12 L | 3,94 L | 80,20 % |
| VEMS | 3,16 L | 3,12 L | 3,38 L | 93,49 % |
| DEP | 7,88 L/s | 7,85 L/s | 8,69 L/s | 90,68 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 100,00 % | 84,85 % | 117,86 % |
| Durée d'expiration | 0,74 s | 0,77 s | - | |
| DEMM | 5,62 L/s | 5,06 L/s | 3,98 L/s | 141,21 % |
| DEMM/CVF | 1,78 s-1 | 1,62 s-1 | 1,01 s-1 | 176,24 % |
| DE75 | 6,50 L/s | 5,42 L/s | - | |
| DE50 | 5,19 L/s | 4,95 L/s | - | |
| DE25 | 5,02 L/s | 4,33 L/s | - | |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: