


<b>Nom</b> DIANE	<b>Adresse</b> 36
<b>Prénom</b> ALPHA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/04/1996	<b>Profession</b> OPERATEUR CAMION
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 835	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 26,5 °C
Numéro de série : 232707	Pression atmosphérique : 100,9 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024	Humidité : 65 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,11 L	3,71 L	83,83 %
VEMS	3,11 L	3,25 L	95,69 %
DÉP	6,71 L/s	7,85 L/s	85,48 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,72 %	119,45 %
Durée d'expiration	0,98 s	-	
DEMM	4,86 L/s	4,20 L/s	115,71 %
DEMM/CVF	1,56 s <sup>-1</sup>	0,99 s <sup>-1</sup>	157,58 %
DE75	5,84 L/s	6,62 L/s	88,22 %
DE50	4,73 L/s	4,82 L/s	98,13 %
DE25	3,87 L/s	2,28 L/s	169,74 %