

<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KALILOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 11/01/1980	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 46	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 4
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 36 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,85 L	2,88 L	4,04 L	71,29 %
VEMS	2,85 L	2,88 L	3,31 L	87,01 %
DEP	6,88 L/s	5,59 L/s	9,08 L/s	61,56 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	79,33 %	126,06 %
Durée d'expiration	0,93 s	1,07 s	-	
DEMM	5,62 L/s	4,89 L/s	4,23 L/s	115,60 %
DEMM/CVF	1,97 s-1	1,70 s-1	0,91 s-1	186,81 %
DE75	6,17 L/s	5,01 L/s	7,86 L/s	63,74 %
DE50	6,27 L/s	5,17 L/s	4,96 L/s	104,23 %
DE25	3,40 L/s	3,33 L/s	2,10 L/s	158,57 %