

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ADAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1979	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 73	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 35 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,12 L	2,81 L	3,68 L	3,26 L	112,88 %
VEMS	2,39 L	2,01 L	3,00 L	2,72 L	110,29 %
DEP	3,81 L/s	2,87 L/s	4,67 L/s	8,11 L/s	57,58 %
VEMS/ CVF	76,60 %	71,53 %	81,52 %	79,16 %	102,98 %
Durée d'expiration	2,19 s	2,48 s	3,16 s	-	
DEMM	2,09 L/s	1,92 L/s	3,08 L/s	3,89 L/s	79,18 %
DEMM/ CVF	0,67 s-1	0,68 s-1	0,84 s-1	1,04 s-1	80,77 %
DE75	3,55 L/s	1,64 L/s	3,74 L/s	7,01 L/s	53,35 %
DE50	1,89 L/s	2,84 L/s	3,81 L/s	4,36 L/s	87,39 %
DE25	1,36 L/s	1,51 L/s	2,01 L/s	1,69 L/s	118,93 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: