

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/05/1990	<b>Profession</b> CHAUFFEUR POID LOURD
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 137	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** SYNDROME RESTRICTIF MODERE



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,22 L	1,66 L	1,86 L	4,81 L	46,15 %
VEMS	2,14 L	1,66 L	1,86 L	4,03 L	53,10 %
DEP	5,94 L/s	6,55 L/s	5,85 L/s	9,43 L/s	62,99 %
VEMS/CVF	96,40 %	100,00 %	100,00 %	81,30 %	118,57 %
Durée d'expiration	1,24 s	0,65 s	0,78 s	-	
DEMM	2,50 L/s	3,26 L/s	3,18 L/s	4,66 L/s	53,65 %
DEMM/CVF	1,13 s-1	1,96 s-1	1,71 s-1	0,97 s-1	116,49 %
DE75	4,50 L/s	6,11 L/s	5,04 L/s	8,07 L/s	55,76 %
DE50	2,23 L/s	3,19 L/s	3,28 L/s	5,23 L/s	42,64 %
DE25	1,44 L/s	2,36 L/s	2,28 L/s	2,34 L/s	61,54 %