

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 00	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 64 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,85 L	1,10 L	2,05 L	2,21 L	4,32 L	51,16 %
VEMS	0,60 L	1,10 L	2,05 L	2,21 L	3,69 L	59,89 %
DEP	1,82 L/s	4,15 L/s	6,15 L/s	6,93 L/s	8,94 L/s	77,52 %
VEMS/ CVF	70,59 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,84 %	122,19 %
Durée d'expiration	3,88 s	0,52 s	0,66 s	0,49 s	-	
DEMM	0,34 L/s	3,40 L/s	5,12 L/s	5,95 L/s	4,60 L/s	129,35 %
DEMM/ CVF	0,40 s-1	3,09 s-1	2,50 s-1	2,69 s-1	1,06 s-1	253,77 %
DE75	1,64 L/s	4,08 L/s	6,03 L/s	6,55 L/s	7,61 L/s	86,07 %
DE50	0,91 L/s	3,54 L/s	5,14 L/s	6,21 L/s	4,94 L/s	125,71 %
DE25	0,53 L/s	2,35 L/s	3,70 L/s	4,75 L/s	2,16 L/s	219,91 %