

Nom TOURE	Adresse
Prénom MOHAMED	Exposition
Né le 15/09/1990	Profession ASSISTANT CONTROLE
Age 33 Ans	Entreprise BCEIP
Genre Masculin	Service
ID 438	Fumeur Non fumeur
Taille 173 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 82 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccls/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,16 L	3,49 L	4,14 L	84,30 %
VEMS	2,98 L	3,49 L	3,47 L	100,58 %
DEP	3,93 L/s	7,96 L/s	9,37 L/s	84,95 %
VEMS/CVF	94,30 %	100,00 %	81,30 %	123,00 %
Durée d'expiration	1,41 s	0,88 s	-	
DEMM	3,23 L/s	6,61 L/s	4,64 L/s	142,46 %
DEMM/CVF	1,02 s-1	1,89 s-1	0,97 s-1	194,85 %
DE75	3,51 L/s	7,68 L/s	8,02 L/s	95,76 %
DE50	3,34 L/s	6,73 L/s	5,19 L/s	129,67 %
DE25	2,68 L/s	4,97 L/s	2,31 L/s	215,15 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: