



| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom ADAMA | Exposition |
| Né le 25/11/1999 | Profession MACON |
| Age 24 Ans | Entreprise BCEIP |
| Genre Masculin | Service |
| ID 530 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 175 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 67 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Ecce/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 31,8 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,3 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 61 %



| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 4,45 L | 4,61 L | 4,42 L | 104,30 % |
| VEMS | 4,45 L | 4,56 L | 3,75 L | 121,60 % |
| DÉP | 7,25 L/s | 6,04 L/s | 9,83 L/s | 61,44 % |
| VEMS/ CVF | 100,00 % | 98,92 % | 82,74 % | 119,56 % |
| Durée d'expiration | 1,13 s | 1,50 s | - | |
| DEMM | 6,66 L/s | 5,72 L/s | 5,03 L/s | 113,72 % |
| DEMM/ CVF | 1,50 s-1 | 1,24 s-1 | 0,99 s-1 | 125,25 % |
| DE75 | 6,62 L/s | 5,90 L/s | 8,36 L/s | 70,57 % |
| DE50 | 6,69 L/s | 5,60 L/s | 5,51 L/s | 101,63 % |
| DE25 | 5,70 L/s | 4,95 L/s | 2,57 L/s | 192,61 % |