


|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nom KEITA                      | Adresse LANSANAYA         |
| Prénom OUSMANE                 | Exposition                |
| Né le 01/01/1992               | Profession CHAUFFEUR      |
| Age 32 Ans                     | Entreprise BCEIP          |
| Genre Masculin                 | Service                   |
| ID 499                         | Fumeur Non fumeur         |
| Taille 179 cm                  | Groupe ethnique Caucasien |
| Poids 102 kg                   | Prescripteur:             |
| Valeurs prédites Ecce/Zapletal | Smoking Pack Years : 0    |
| Opérateur admin admin          |                           |



Fim medical  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                        | Température ambiante : 28,6 °C     |
| Numéro de série : 232707                                        | Pression atmosphérique : 100,9 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 | Humidité : 55 %                    |



| Nom                | Courbe n°1 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,84 L               | 5,13 L   | 74,85 %   |
| VEMS               | 3,78 L               | 4,28 L   | 88,32 %   |
| DÉP                | 10,95 L/s            | 9,78 L/s | 111,96 %  |
| VEMS/CVF           | 98,44 %              | 81,48 %  | 120,81 %  |
| Durée d'expiration | 1,25 s               | -        |           |
| DEMM               | 4,72 L/s             | 4,80 L/s | 98,33 %   |
| DEMM/CVF           | 1,23 s-1             | 0,94 s-1 | 130,85 %  |
| DE75               | 9,11 L/s             | 8,37 L/s | 108,84 %  |
| DE50               | 4,99 L/s             | 5,45 L/s | 91,56 %   |
| DE25               | 3,13 L/s             | 2,49 L/s | 125,70 %  |