



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/04/1984	<b>Profession</b> LIBRIFICATEUR
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 540	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,2 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,75 L	2,56 L	2,88 L	4,29 L	67,13 %
VEMS	2,68 L	2,48 L	2,59 L	3,56 L	72,75 %
DEP	6,41 L/s	7,53 L/s	7,10 L/s	8,50 L/s	83,53 %
VEMS/CVF	97,45 %	96,88 %	89,93 %	82,50 %	109,01 %
Durée d'expiration	1,70 s	1,48 s	2,31 s	-	
DEMM	4,02 L/s	4,02 L/s	3,43 L/s	3,81 L/s	90,03 %
DEMM/CVF	1,46 s-1	1,57 s-1	1,19 s-1	0,89 s-1	133,71 %
DE75	5,44 L/s	5,56 L/s	6,34 L/s	6,42 L/s	98,75 %
DE50	4,10 L/s	5,49 L/s	4,49 L/s	4,56 L/s	98,46 %
DE25	3,50 L/s	3,60 L/s	2,42 L/s	1,84 L/s	131,52 %