

<b>Nom</b> KANTE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/07/1992	<b>Profession</b> ASSISTANT ADMINISTRATIF
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 585	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 28,4 °C  
 Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5	Courbe n°6 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,81 L	2,80 L	3,04 L	2,89 L	3,07 L	3,17 L	4,04 L	78,47 %
VEMS	1,81 L	2,79 L	3,04 L	2,89 L	3,07 L	3,14 L	3,41 L	92,08 %
DEP	3,94 L/s	8,52 L/s	8,28 L/s	8,34 L/s	8,44 L/s	8,38 L/s	9,27 L/s	90,40 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,64 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,05 %	81,66 %	121,30 %
Durée d'expiration	0,95 s	1,11 s	1,03 s	1,10 s	1,14 s	1,20 s	-	
DEMM	3,07 L/s	4,60 L/s	5,42 L/s	4,64 L/s	5,42 L/s	5,08 L/s	4,67 L/s	108,78 %
DEMM/ CVF	1,70 s-1	1,64 s-1	1,78 s-1	1,61 s-1	1,77 s-1	1,60 s-1	1,01 s-1	158,42 %
DE75	3,45 L/s	7,87 L/s	7,96 L/s	7,48 L/s	8,38 L/s	8,06 L/s	7,91 L/s	101,90 %
DE50	3,19 L/s	4,42 L/s	6,20 L/s	5,40 L/s	5,35 L/s	5,30 L/s	5,14 L/s	103,11 %
DE25	1,96 L/s	2,44 L/s	2,83 L/s	2,76 L/s	3,27 L/s	2,84 L/s	2,29 L/s	124,02 %