

<b>Nom</b> GUILAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZEZE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 23/03/1992	<b>Profession</b> SUPERVISEUR HSE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 353	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 44 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,52 L	3,16 L	5,04 L	69,84 %
VEMS	3,52 L	3,16 L	4,19 L	84,01 %
DÉP	9,50 L/s	8,78 L/s	9,34 L/s	101,71 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	83,34 %	119,99 %
Durée d'expiration	0,87 s	0,82 s	-	
DEMM	5,73 L/s	5,95 L/s	4,45 L/s	128,76 %
DEMM/ CVF	1,63 s-1	1,88 s-1	0,88 s-1	185,23 %
DE75	8,36 L/s	8,47 L/s	7,23 L/s	115,63 %
DE50	6,45 L/s	5,36 L/s	5,26 L/s	122,62 %
DE25	3,91 L/s	4,19 L/s	2,21 L/s	176,92 %