

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KALOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/01/1988	<b>Profession</b> OPERATEUR EXCAVATEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 08	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,18 L	3,01 L	3,32 L	4,45 L	74,61 %
VEMS	2,18 L	3,00 L	3,07 L	3,73 L	82,31 %
DEP	7,13 L/s	7,30 L/s	8,16 L/s	8,99 L/s	90,77 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,67 %	92,47 %	80,77 %	114,49 %
Durée d'expiration	0,72 s	1,19 s	1,83 s	-	
DEMM	5,04 L/s	4,92 L/s	4,27 L/s	4,44 L/s	96,17 %
DEMM/ CVF	2,31 s-1	1,63 s-1	1,29 s-1	1,00 s-1	129,00 %
DE75	6,53 L/s	6,96 L/s	7,89 L/s	7,71 L/s	102,33 %
DE50	5,12 L/s	5,42 L/s	4,85 L/s	4,94 L/s	98,18 %
DE25	3,22 L/s	2,70 L/s	2,14 L/s	2,13 L/s	100,47 %