

<b>Nom</b> KONE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1976	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 48 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 64	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,07 L	4,31 L	71,23 %
VEMS	3,07 L	3,51 L	87,46 %
DEP	7,60 L/s	8,66 L/s	87,76 %
VEMS/CVF	100,00 %	78,62 %	127,19 %
Durée d'expiration	1,25 s	-	
DEMM	5,49 L/s	3,98 L/s	137,94 %
DEMM/CVF	1,79 s-1	0,92 s-1	194,57 %
DE75	6,73 L/s	7,53 L/s	89,38 %
DE50	5,65 L/s	4,69 L/s	120,47 %
DE25	3,47 L/s	1,90 L/s	182,63 %